

**AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA** - Travessa Oswaldo Búrigo, nº 44 – CEP 88.865-000 - NOVA VENEZA/SC - CNPJ 82.916.826/0001-60

À PREGOEIRA ANGELICA EYNG PREIS

### **RECURSO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2021 – FMS**

**STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jandaia do Sul –Pinhais/PR – CEP: 83.324-440 Inscrita No CNPJ Nº 85.859.552/0002-20, neste ato representado por seu Gerente Comercial Sr. **SANDRO BERTON DAS COSTA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 5147207-1, expedida pelo SSP-PR, CPF nº 014.954.779-08, vem respeitosamente, perante a esta coordenação de licitações e contratos, apresentar **RECURSO** à licitação em epígrafe.

#### **1) DOS FATOS:**

A empresa STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA participou no dia 09/07/2021 do pregão **39/2021** cujo objeto foi: *“Aquisição de equipamentos para rede de atenção primária em saúde do Município de Nova Veneza, SC (Emenda n.º 1.294/2020).”*

Ato contínuo, foram desclassificadas as empresas participantes até ser declarada vencedora a empresa M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL – ME o qual cotou o lote 02 – Autoclave da marca; MARCA: DIGITALE / MODELO: 4.0 / REGISTRO ANVISA: 80360560002.

Diante da mencionada decisão, a empresa STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA apresenta tempestivamente recurso, o qual apresenta suas justificativas para desclassificação da marca proposta pela empresa supracitada.

#### **2) DAS JUSTIFICATIVAS:**

Em que pese a decisão supra, necessário se faz uma análise do descritivo do lote 02, cujo teor segue abaixo:

*Autoclave horizontal de no mínimo 40 litros, de mesa microprocessada para esterilização a vapor, Câmaras de esterilização em aço inox, Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga. Bomba de vácuo. Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.*

*Acompanhamento dos ciclos através de painel digital LCD com avisos visuais e sonoros; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador, Ciclos de esterilização e secagem programáveis em temperatura e tempo, Ciclos de secagem extra, Fecho de triplo estágio, Conter também manual técnico e do usuário. Possuir registro na ANVISA e /ou Boas práticas de fabricação. Garantia total de no mínimo 12 meses.*

Ocorre que ao se buscar maiores informações sobre a ficha técnica da marca ofertada (DIGITALE / MODELO: 4.0, da Fabricante BS Equipamentos) há uma dificuldade enorme em obter informações precisas, sendo que o próprio site da empresa não dispõe de recursos para se auferir que tipo de equipamento é ofertado.

Realizando outra busca na internet, encontramos no site: <https://www.marcamedica.com.br/autoclave-digital-40-litros-digitle/> o equipamento em questão ofertado no certame (inclusive com mesmo número de registro no Ministério da Saude), porém, denota-se que em nenhuma parte do site **é citado que o equipamento possui Bomba de Vácuo, requisito este contido no edital como item obrigatório.**

Veja-se que as especificações técnicas do produto divulgadas no site, informam que o procedimento de secagem ocorre "de porta semi aberta", característica essa **inerentes a equipamentos que não possuem a bomba de vácuo.**



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Informações Adicionais	
Litragem	40L
Modelo	Digital
Secagem	de porta semi aberta
Tensão	110V ou 220V
Dimensões	C: 67 cm, H: 41,5 cm, L: 42cm
Dimensões Internas	D: 31,6 cm, C: 53 cm
Garantia	12 meses
Registro Anvisa	80360560002

Sabe-se que, para autoclaves incorporadas com o item bomba de vácuo (requisito este obrigatório no edital), o procedimento de secagem é realizado com a porta do equipamento fechada.

**Disso se conclui que a empresa vencedora não ofertou produto compatível com as exigências contidas no edital, vez que o equipamento da marca ofertada possui o procedimento de secagem com a porta semi-aberta, o que comprova a ausência da bomba de vácuo incorporada no produto.**

A respeito do tema, convém mencionar que, recentemente, em 09/06/2021, ocorreu o Pregão 49/2021 da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado do Maranhão, o qual licitou 40 autoclaves de 60 litros. Inicialmente, foi indicada como arrematante a empresa HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITAL, cotando o equipamento da Marca BS Equipamentos, **modelo Digitale 6.0, o qual foi recusado pelo órgão através de parecer técnico desfavorável justamente por não oferecer a bomba de vácuo exigida no edital, conforme ilustrado abaixo:**

Aplicabilidade Decreto 7174: Não							
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não							
Situação do Item: Realizar habilitação							Qtde Aceita: 40
CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data/Hora Melhor Lance	Valor Negociado (R\$)	Situação do Lance	Anexos
17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL	40	9.300,0000	09/06/2021 10:18:20:360		Recusado	Consultar
<b>Marca: BS</b> <b>Fabricante: BS</b> <b>Modelo / Versão: 6.0</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: <input type="checkbox"/> Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; <input type="checkbox"/> Dispositivo indicador liga/desliga <input type="checkbox"/> ... <b>Porte da Empresa:</b> ME/EPP <b>Declaração ME/EPP:</b> Sim <b>Situação Convocação Etapa Fechada:</b> Convocado <b>Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:</b> PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL							
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	40	9.485,0000	09/06/2021 10:21:28:543		Aceito	Consultar
<b>Marca: STERMAX</b> <b>Fabricante: STERMAX</b> <b>Modelo / Versão: 60ASV</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; Dispositivo indicador liga/desliga Painel de controle eletr... <b>Porte da Empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) <b>Declaração ME/EPP:</b> Não <b>Situação Convocação Etapa Fechada:</b> Convocado							

	UNITÁRIO: R\$ 7.000,00
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:17:47)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado NÃO ATENDE aos descritivos e exigências do Termo de Referência constante no Edital. a) Ofertou o equipamento requer uso exclusivo de seringas de sua própria marca ficando inviável à Administração
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:17:32)	ITEM 10 - BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ Nº 58.426.628/0001-33 PROPOSTA DE FLS 1231-1327 MARCA/MODELO: SAMTRONIC/ST7000S VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.000,00
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:17:18)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado ATENDE aos descritivos exigências do Termo de Referência constante no Edital.
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:16:56)	ITEM 09 - BISTURI ELETRÔNICO DE 300W EMPRESA: WEN EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ Nº 54.611.678/0001-330 PROPOSTA DE FLS 1119 1230 MARCA/MODELO: WEN/SS-601MCA VALOR UNITÁRIO: R\$ 22.000,00
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:16:43)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado ATENDE aos descritivos exigências do Termo de Referência constante no Edital.
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:16:32)	ITEM 07 - BERÇO AQUECIDO NEONATAL EMPRESA: OLIEF CZ E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 55.983.274/0001-30 PROPOSTA DE FLS 764-835 MARCA/MODELO: OLIDEF/MATRIX SC VALOR UNITÁRIO: R\$ 28.678,33
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:16:20)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado ATENDE aos descritivos exigências do Termo de Referência constante no Edital. Realizada diligência e juntadas as fls 1995 a 1999.
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:16:07)	ITEM 06 - BANHO MARIA PARA AQUECIMENTO DE LEITE HUMANO E FORMULA LÁCTEA EMPRESA: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 30.037.851/0001-70 PROPOSTA DE FLS 836-982 MARCA/MODELO: SILIDSTEEL/SSDC 15 VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.980,00
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:15:54)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado NÃO ATENDE aos descritivos e exigências do Termo de Referência constante no Edital. a) Não possui bomba a vácuo, conforme requerido no termo de referência.
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:15:40)	ITEM 05 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA EMPRESA: HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ Nº 17.737.428/0001-14 PROPOSTA DE FLS 764-835 MARCA/MODELO: BS/6.0 VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.300,00
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:15:15)	a) No manual oficial do equipamento HR-60005-C, constante da proposta, foi constatado que o equipamento possui pressão de aspiração de 30 pol/H enquanto no termo de referência é requisitado no mínimo 40 pol/HG. (Diligências as fls. 1976 a 1981)
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:15:07)	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado NÃO ATENDE aos descritivos e exigências do Termo de Referência constante no Edital, tendo em vista que:
<b>Pregoeiro fala:</b> (19/07/2021 10:14:51)	ITEM 04 - ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO EMPRESA: HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ Nº 17.737.428/0001-14 PROPOSTA DE FLS 764-835 MARCA/MODELO: ASPIRATX/HR HOSPITALAR 6005-C VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.980,00
<b>Pregoeiro fala:</b>	Com base na proposta e documentações apresentadas, após análise do setor técnico, concluímos que o equipamento ofertado ATENDE aos descritivos

Além do mais, insta salientar que, em contato com diversos revendedores de autoclaves que cotam equipamento de diversos fabricantes, foi reportado que o fabricante/marca BS, vencedora do presente certame, **não tem enviado as fichas técnicas dos equipamentos de 40 litros quando solicitado pelos seus clientes, por motivos desconhecidos.**

Desta feita, e considerando as informações acima, levando em conta também a ausência de informações técnicas do produto da Fabricante BS, entendemos que o equipamento ofertado pela empresa M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL – ME **não atende** as características do descritivo solicitado, especialmente quanto à Bomba de Vácuo para função de secagem com porta fechada.

Para tanto, caso essa Prefeitura, mediante todas essas evidências, aceite a marca BS Digital 4.0, a recorrente desde já registra que irá acompanhar as entregas dos equipamentos, com intuito de verificar a regularidade técnica do equipamento proposto em conformidade com descritivo do instrumento convocatório.

### 3) DO PEDIDO:

Por todo o exposto, requer:

- a) Que a Pregoeira do certame desclassifique a Marca DIGITALE / MODELO: 4.0, da Fabricante BS Equipamentos por não atender o descritivo técnico do edital quanto a Bomba de Vácuo;
- b) Caso ainda assim, com todas as justificativas apresentadas, a marca DIGITALE for aceita, solicita à administração **MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA**, o acompanhamento das entregas pelo Recorrente, no intuito de verificar a regularidade técnica do equipamento ofertado.

Nesses termos, pede deferimento.

Pinhais, 03 de agosto de 2021.

**SANDRO BERTON DA COSTA**  
GERENTE COMERCIAL  
CPF: 014.954.779-08  
STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI  
CNPJ 84.859.552/0002-20